

גורדון גז וחיימיקלים בע"מ

רח' גינוסר 8, נחלת יצחק ת"ד 1589 ת"א 61015
טל': (03) 6085111
פקס: (03) 6962810

חמצן רפואי O₂ OXYGEN (גז דחוס)

טוהר - 99.5% מינימום
לפי E.P
מס' רישוי משרד הבריאות 30293

לחץ מילוי 135-150 בר
מטרת השימוש: גז רפואי-עזרה נשימתי

החמצן מיוצר בתהליך של הפרדת אויר

מפרט

תכולת חמצן – מינימום 99.5%
תכולת פחמן דו חמצני – מכס' 300 PPM
תכולת פחמן חד חמצני – מכס' 5 PPM
תכולת מים – מכס' 67 PPM

הוראות בטיחות כלליות

1. אין להעביר גז מגליל לגליל
2. לשמור הגליל בעמידה ובצל
3. הרחק את הגליל משמן גריז ולכלוך ועגן אותו.
4. אין לטפל או לתקן הברז.
5. לפני חיבור הגליל בדוק את סוג וכיוון ההברגה.
6. אין לסגור את החיבור בכוח.
7. פתח/סגור הברז בעדינות.
8. אין לטלטל את הגליל בשעת העבודה.
9. אין לרוקן את הגליל עד הסוף. יש להשאיר בגליל 2-3 בר לחץ שיורי.
9. אסור לזרוק גליל בעת פריקה / העמסה

סיכונים מיוחדים

מס' או"מ: 1072 (ראה רפרנס)

קוד פעולת חירום: 2S

1. חמצן הינו חומר מעורר בעירה.
2. מגע עם חומר אורגני עלול לגרום להדלקה.
3. קירבה לאש עלולה לגרום להתפוצצות פתאומית של הגליל.

