

02/2025

VISIPAQUE 270, 320
ויזיפאק 320, 270
SOLUTION FOR INJECTION

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,
חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ מבקשת להודיע על עדכון העלון לרופא של התכשיר שבנדון. העלון עודכן בתאריך פברואר 2025.

ההתוויה הרשומה לתכשיר בישראל:

X- ray contrast medium for use in adults for cardioangiography peripheral arteriography (conventional and i.a. DSA) abdominal angiography (i.a. DSA) urography venography and CT-enhancement.

Pediatric use:

cardioangiography urography and CT-enhancement.

Myelography - Lumbar thoracic and cervical myelography

מקראה לעדכונים המסומנים:

מידע שהוסר - מסומן בקו אדום חוצה **XXX**

תוספת - כתב **כחול**

מידע בטיחותי – ברקע **צהוב**

להלן מתוארים העדכונים העיקריים בעלון לרופא, בעלון קיימים עדכונים נוספים.

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

All iodinated contrast media may **interfere affect with tests on thyroid function, thus** the iodine binding capacity of the thyroid, **which** may be reduced for up to several weeks, thus tests that measure iodine uptake (using radioactive iodine) will be affected.

4.8 Undesirable effects

(...)

Intravascular administration:

Immune system disorders:

(...)

Not known: Anaphylactic/anaphylactoid shock, **anaphylactic**/anaphylactoid reaction, including life-threatening or fatal anaphylaxis.

(...)

העלון לרופא נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלו מודפס על ידי פניה לבעל הרישום אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ, בנין ניאופרם, רח' השילוח 6 ת.ד. 7641 פתח תקוה 4917001, טלפון: 03-9371111, פקס: 03-9371100.

בברכה,

עוז וולך, רוקח ממונה

