

ג'נס

התקן תוך רחמי

החומר הפעיל הינו לבונורגסטרל 13.5 מ"ג (Levonorgestrel 13.5 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגנים: ראי סעיף 6 "מידע נוסף".

קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעבירי אותה לאחרות. היא עלולה להזיק להן אפילו אם נראה לך כי מצבן הרפואי דומה.

התרופה אינה מיועדת לשימוש לפני הדימום הווסתי הראשון (הווסת הראשונה).

1) למה מיועדת התרופה?

מהו ג'נס?

ג'נס הוא התקן תוך-רחמי בצורת האות T המשחרר באיטיות כמות קטנה של ההורמון לבונורגסטרל לאחר התקנתו בתוך הרחם.

ההתקן מיועד למניעת הריון לתקופה של עד 3 שנים.

ג'נס פועל על-ידי צמצום הגדילה החודשית של דופן הרחם ועיבוי השכבה הרירית בצוואר הרחם. פעולת אלה מונעות את המפגש בין תא הזרע והביצית ובכך מונעות את ההפריה של הביצית על-ידי תא הזרע.

קבוצה תרפויטית: ג'נס שייך לקבוצת תרופות המכילות את ההורמון הנשי פרוגסטוגן.

2) לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- את רגישה (אלרגית) לחומר הפעיל לבונורגסטרל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת המרכיבים הלא פעילים, ראי סעיף 6 "מידע נוסף".
- הינך בהריון (ראי בסעיף 2 "הריון, הנקה ופוריות").
- הינך סובלת או סבלת מספר פעמים בעבר ממחלה דלקתית של האגן (זיהום של איברי הרבייה הנשיים).
- הינך סובלת ממצבים הקשורים בסיכון מוגבר ללקות בזיהומים באגן.
- הינך סובלת מזיהום בדרכי המין התחתונות (זיהום בנרתיק או בצוואר הרחם).
- הינך סובלת או סבלת מזיהום של הרחם לאחר לידה, לאחר הפלה או לאחר גרידה במהלך שלשת החודשים האחרונים.
- הינך סובלת משינויים טרום סרטניים בצוואר הרחם.
- הינך סובלת או שיש חשד שהינך סובלת מסרטן צוואר הרחם או מסרטן הרחם.
- הינך סובלת מגידולים שצמיחתם רגישה להורמונים מסוג פרוגסטוגן, לדוגמה סרטן השד.
- הינך סובלת מדימום רחמי לא מוסבר.
- הינך סובלת משינויים מבניים של הרחם או של צוואר הרחם כולל שרירים הגורמים לעיוות של חלל הרחם.
- הינך סובלת ממחלת כבד פעילה או מגידול בכבד.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- לפני השימוש בג'נס הרופא ישאל אותך שאלות לגבי ההיסטוריה הרפואית שלך.
- בעלון זה מתוארים מספר מצבים בהם יהיה צורך להסיר את ג'נס או מצבים בהם יעילות ג'נס עלולה לרדת. במצבים אלה, עליך להימנע מקיום יחסי מין או להשתמש בקונדום או באמצעי מניעה חוצץ אחר.
- ג'נס, בדומה לאמצעי מניעה הורמונליים אחרים, לא מגן מפני הידבקות במחלת האיידס (HIV) או כל מחלה אחרת המועברת במגע מיני.
- ג'נס לא מתאים לשימוש כאמצעי מניעה במקרי חירום (אמצעי מניעה שלאחר קיום יחסי מין).
- לפני השימוש בתרופה ספרי לרופא אם:
 - את סובלת מסוכרת. בדרך-כלל אין צורך לשנות את הטיפול בסוכרת בזמן השימוש בג'נס, אך יתכן והרופא שלך יצטרך לשקול זאת.
 - את סובלת מאפילפסיה (מחלת הנפילה). יתכן ויפיע התקף במהלך ההתקנה או ההסרה.
 - היה לך הריון חוץ רחמי בעבר.
- ספרי לרופא אם את סובלת מאחד מהמצבים הבאים לפני השימוש בג'נס או במקרה שאחד המצבים מופיע לראשונה בזמן השימוש בג'נס:
 - מיגרנה, המלווה בהפרעות ראייה או תסמינים אחרים שיכולים להיות סימן של איסכמיה מוחית זמנית (חסימה זמנית של אספקת הדם למוח).
 - כאב ראש חמור במיוחד.
 - צהבת (הצהבה של העור, של לבן העיניים ו/או הציפורניים).
 - עליה משמעותית בלחץ הדם.
 - מחלה חמורה של העורקים כגון שבץ או התקף לב.
- הסימנים והתסמינים הבאים עלולים להעיד על הריון חוץ רחמי ולכן עליך לפנות לרופא שלך מיד (ראי בסעיף 2 "הריון, הנקה ופוריות"):
 - המחזורים החודשיים שלך פסקו ולאחר מכן מופיע דימום ממושך או כאב.
 - את סובלת מכאב חמור או ממושך בבטן התחתונה.
 - יש לך סימנים רגילים של הריון, אך יש לך גם דימום וסחרחורת.
 - ביצעת בדיקת הריון והתוצאה יצאה חיובית.
- עליך לפנות לרופא שלך מיד אם את חווה אחד מהמצבים הבאים (ראי סעיף 4 "תופעות לוואי"). הזכירי לרופא שג'נס מותקן אצלך, בייחוד אם הוא לא הרופא שהתקין לך אותו:
 - כאב חמור (כמו התכווציות וסתיות) או דימום כבד אחרי התקנת ג'נס או אם יש לך כאב/דימום שנמשך יותר ממספר שבועות. סימנים אלה עלולים להעיד לדוגמא, על זיהום, על התנקבות (פרפורציה) או על כך שההתקן לא נמצא במקומו המתאים.
 - את לא מרגישה יותר את חוטי ההתקן בנרתיק. מצב זה עלול להעיד על פליטת ההתקן או על התנקבות. את יכולה לבדוק על-ידי הכנסת אצבעך בעדינות לתוך הנרתיק שלך ולחוש בחוטים בקצה הנרתיק בקרבת פתח הרחם (צוואר הרחם). אל תמשכי את החוטים מאחר ואת עלולה בטעות למשוך את ג'נס החוצה. עליך ל להשתמש באמצעי מניעה חוצץ (כגון קונדומים) עד בדיקה אצל הרופא שלך שיוודא שההתקן עדיין במקומו המתאים.
 - את או בן זוגך חשים בחלק התחתון של ג'נס. עליך להימנע מקיום יחסי מין עד לבדיקה אצל הרופא שלך שיוודא שההתקן עדיין במקומו המתאים.
 - בן זוגך חש בחוטי ההתקן בעת קיום יחסי מין.
 - את חושבת שיתכן ואת בהריון.
 - את חשה בכאב בטן ממושך, חום, או הפרשה לא רגילה מהנרתיק, שעלולים להיות סימן לזיהום. חובה לטפל בזיהומים באופן מיידי.
 - את חשה כאב או אי נוחות בעת קיום יחסי מין, שעלולים להיות לדוגמא סימן לזיהום, ציסטה שחלתית או שההתקן לא נמצא במקומו המתאים.
 - ישנם שינויים פתאומיים במחזור החודשי שלך (לדוגמא, אם הדימום הווסתי שלך מועט או שאין לך דימום וסתי ואז את מתחילה לחוות דימום ממושך או כאב, או שאת מתחילה לחוות דימום כבד), שעלולים להיות סימן לכך שההתקן לא נמצא במקומו המתאים או שנפלט.

מומלץ להשתמש בפדים היגיניים. אם את משתמשת בטמפונים או גביעונים, היזהרי בעת החלפתם על מנת שלא למשוך בטעות את חוטי ההתקן. אם את חושבת שמשכת בטעות את ההתקן ממקומו (אנא ראי רשימה לעיל בדבר סימנים אפשריים), הימנעי מקיום יחסי מין או השתמשי באמצעי מניעה חוצץ (כגון קונדומים) וצרי קשר עם הרופא שלך.

הפרעות פסיכיאטריות

נשים מסוימות המשתמשות באמצעים הורמונליים למניעת הריון כולל ג'נס דיווחו על דיכאון או מצב רוח דיכאוני. דיכאון עלול להיות רציני ולעתים להוביל למחשבות אובדניות. אם הנך חווה שינויים במצב הרוח וסימפטומים של דיכאון צרי קשר עם הרופא שלך ליעוץ רפואי נוסף בהקדם האפשרי.

ילדות ומתבגרות

ג'נס אינו מיועד לילדות ומתבגרות לפני תחילת מחזור הווסת הראשון.

■ **אם את לוקחת, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח. יש גם לידע את הרופא או הרוקח אם את עשויה להתחיל לקחת תרופות כלשהן.**

■ **הריון, הנקה ופוריות**

הריון

אין להשתמש בג'נס בזמן ההריון.

בקרב חלק מהנשים הווסת עשויה להפסק בזמן השימוש בג'נס. אי הופעת הווסת אינה מהווה בהכרח סימן להריון. אם לא מופיעה הווסת ויש לך סימנים נוספים המצביעים על הריון עליך לפנות לרופא לבדיקה ולבצע בדיקת הריון.

אם לא הופיעה הווסת במשך שישה שבועות ואת מודאגת, שקלי לבצע בדיקת הריון. אם תוצאת הבדיקה שלילית, אין צורך לבצע בדיקה נוספת, אלא אם יש לך סימנים אחרים של הריון.

במקרה ונכנסת להריון וג'נס מותקן ברחמך, עליך לגשת לרופא שלך מיד על-מנת להסיר את ההתקן. הסרת ההתקן עלולה לגרום הפלה טבעית. עם זאת, במידה וההתקן נשאר במקומו במהלך ההריון, לא רק שהסיכון להפלה טבעית גדל אלא גם הסיכון ללידה מוקדמת גדל. אם אין אפשרות להסיר את ההתקן, יש ליצור קשר עם הרופא המטפל לגבי היתרונות והסיכונים של המשך ההריון. אם ההריון נמשך, את תהיי במעקב צמוד במהלך ההריון ועליך לפנות לרופא מיד אם את חווה התכווצויות בבטן, כאבי בטן או חום.

ג'נס מכיל הורמון, הנקרא לבונורגסטרל, והיו דיווחים בודדים לגבי השפעות על איברי המין של תינוקות ממין נקבה אם נחשפו להתקנים תוך רחמיים המכילים לבונורגסטרל בזמן שהיו ברחם.

אם את מעוניינת להרות, עליך לגשת לרופא שלך על מנת להסיר את ג'נס.

הריון חוץ רחמי

לא נפוץ שנשים יכנסו להריון בזמן השימוש בג'נס. עם זאת, אם נכנסת להריון בזמן השימוש בג'נס, הסיכון שההריון יתפתח מחוץ לרחם (הריון חוץ רחמי) עולה. נשים שחוו בעבר הריון חוץ רחמי, ניתוח בחוצרות או זיהום באגן הינן בעלות סיכון גבוה יותר לפתח הריון חוץ רחמי. הריון חוץ רחמי הוא מצב חמור שדורש טיפול רפואי מיידי (ראי בסעיף 2 "הסימנים והתסמינים הבאים עלולים להעיד על הריון חוץ רחמי") ועלול להשפיע על הפוריות העתידית.

הנקה

ניתן להשתמש בג'נס בזמן ההנקה. לבונורגסטרל (המרכיב הפעיל בג'נס) נמצא בכמויות קטנות בחלב של נשים מניקות, אולם לא נצפו השפעות שליליות על הגדילה וההתפתחות של התינוק או על כמות או איכות חלב האם.

פוריות

רמת הפוריות שלך תחזור לרמתה הרגילה לאחר הסרת ג'נס.

■ **נהיגה ושימוש במכונית**

ג'נס לא משפיע על היכולת לנהוג או להשתמש במכונית.

3) כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה.

- התקנת ג'נס תיעשה על-ידי רופא שהוכשר לכך, לאחר בדיקה גינקולוגית.

- התקנת ג'נס ניתן להתקין ג'נס:

- בתוך 7 ימים מהתחלת הדימום הווסתי שלך (המחזור החודשי שלך).
- מיד לאחר הפלה המתרחשת בשליש הראשון בתנאי שאין זיהומים באיברי הרבייה.
- בתום לפחות שישה שבועות לאחר לדה ורק לאחר שהרחם חזר לגודלו הרגיל (ראי בסעיף 4 "התנקבות").

לפני התקנת ג'נס הרופא יבצע בדיקות שונות, שיכולת לכלול:

- בדיקת משטח של צוואר הרחם (בדיקת פאפ).
- בדיקה של השדיים.
- בדיקות נוספות, לדוגמה בדיקת זיהומים, כולל מחלות המועברות במגע מיני, לפי הצורך. הרופא שלך יבצע גם בדיקה גינקולוגית בכדי לקבוע את המיקום ואת הגודל של הרחם.

לאחר בדיקה גינקולוגית:

- מכשיר בשם מפשק (ספקולום) ממוקם בנרתיק. יתכן והרופא ישתמש בתמיסה מחטאת כדי לנקות את צוואר הרחם. לאחר מכן, ההתקן יכנס לרחם באמצעות צינורית פלסטיק דקה וגמישה (צינורית ההתקנה). יתכן ותנתן הרדמה מקומית בצוואר הרחם לפני ההתקנה.
- חלק מהנשים חשות סחרחורת או עילפון בזמן ההתקנה או לאחריה או לאחר הסרת ההתקן.
- יתכן ותחוו כאב במידת מה, ודימום בזמן ההתקנה או אחריה.

לאחר התקנת ג'נס, עליך לקבל מהרופא שלך כרטיס תזכורת למטופלת לבדיקות מעקב. הביאי את הכרטיס הזה איתך לכל תור שנקבע לך.

בדיקות ומעקב

מעקב רפואי ומתי לפנות להתייעצות עם הרופא:

יש לגשת לרופא לבדוק את ההתקן 4-6 שבועות לאחר ההתקנה, ולאחר מכן בקביעות לפחות אחת לשנה. הרופא שלך יוכל להחליט באיזו תכיפות ואילו סוגי בדיקות נדרשות במקרה שלך. אם קיבלת כרטיס תזכורת למטופלת מהרופא שלך, הביאי אותו איתך בכל תור שנקבע לך. בנוסף, עליך לפנות לרופא שלך אם מופיעים אחד או יותר מהתסמינים המפורטים בסעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

- הסרת ג'נס

יש להסיר את ההתקן לא יאחר מסוף השנה השלישית לשימוש.

הרופא שלך יוכל להסיר את ההתקן בקלות ובכל זמן, ולאחר מכן תוכלי להיכנס להריון. חלק מהנשים מרגישות סחרחורת או עילפון בזמן ההסרה או אחריה. יתכן ותחוו כאב במידת מה, ודימום בזמן ההסרה של ג'נס. במידה ואינך מעוניינת להכנס להריון, אין להסיר את ג'נס אחרי היום ה-7 של מחזור הווסת (מחזור חודשי) אלא אם את משתמשת באמצעים אחרים למניעת הריון (כגון קונדומים) במשך לפחות 7 ימים לפני הסרת ההתקן. במידה שהמחזורים שלך אינם סדירים או שאין לך מחזורים (וסת), עליך להשתמש באמצעי מניעה חוצץ במשך 7 ימים לפני הסרת ההתקן.

ניתן להתקין ג'נס חדש מיד לאחר ההסרה, במקרה כזה אין צורך בהגנה נוספת.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועצי ברופא או ברוקח.

4) תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בג'נס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבל מאף אחת מהן.

פני לרופא שלך באופן מיידי אם את חווה אחד או יותר מהתסמינים הבאים:

- תגובות אלרגיות כולל פריחה, חרלת (אורטיקריה) ואנגיואדמה (מאופיינת בהתנפחות פתאומית לדוגמה של העיניים, הפה או הגרון).

אנא ראי בסעיף 2 מתי עליך לפנות לרופא בהקדם.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות שמופיעות ביותר ממשתמשת אחת מתוך 10

- כאב ראש
- כאב בטן/אגן
- אקנה/עור שמנוני
- שינויים בדפוס הדימומים כולל עליה או ירידה בדימום הווסטי, הכתמות, מחזורים בתדירות נמוכה והעדר דימום (ראי בסעיף 4 "דימום בתדירות נמוכה או דימום לא סדיר")
- ציסטה שחלתית (ראי בסעיף 4 "ציסטה שחלתית")
- דלקת של איברי המין החיצוניים והנרתיק (דלקת בפות ובנרתיק)

תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות לכל היותר במשתמשת אחת מתוך 10

- מצב רוח מדוכא/דיכאון
 - ירידה בדחף המיני
 - מיגרנה
 - בחילה
 - נשירת שיער
 - זיהום בדרכי המין העליונות
 - מחזורים כואבים
 - כאב/אי נוחות בשדיים
 - פליטת ההתקן (מלאה וחלקית) – ראי בסעיף 4 "פליטה של ההתקן"
 - הפרשה נרתיקית
 - עליה במשקל
- ## תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות לכל היותר במשתמשת אחת מתוך 100
- סחרחורת
 - שיעור יתר של הגוף
 - התנקבות של הרחם (ראי בסעיף 4 "התנקבות").

דימום בתדירות נמוכה או דימום לא סדיר

סביר שג'נס ישפיע על מחזור הווסט שלך. ג'נס יכול לשנות את המחזור החודשי שלך כך שיהיו לך הכתמות (כמות קטנה של דימום), מחזורים קצרים או ארוכים יותר, דימומים קלים או כבדים יותר או העדר דימום לחלוטין. יתכן ויופיעו דימומים או הכתמות בין המחזורים החודשיים, במיוחד במהלך 3-6 החודשים הראשונים. לעיתים, הדימום בהתחלה יהיה כבד יותר מהרגיל.

באופן כללי, סביר שתהיה לך ירידה הדרגתית בכמות ובימי הדימום בכל חודש. בקרב חלק מהנשים, המחזורים לבסוף נפסקים לגמרי.

עקב השפעת ההורמון, ההתעבות החודשית של דופן הרחם עשויה לא להתרחש, ולכן אין מה שיופרש החוצה כמחזור חודשי. זה לא בהכרח אומר שהגעת למנופאוז (גיל המעבר) או שאת בהריון. הרמות ההורמונליות שלך בדרך-כלל נשארות רגילות.

כאשר ההתקן מוסר, המחזור שלך אמור לחזור להיות רגיל תוך זמן קצר.

זיהום באגן

התקן ג'נס והמולך שלו הינם סטריליים. למרות זאת, ישנו סיכון מוגבר לזיהומים באגן (זיהומים בדופן של הרחם או של החצוצרות) בעת ההתקנה ובמהלך 3 השבועות הראשונים שלאחריה.

זיהומים באגן במשתמשות בהתקנים תוך רחמיים מיוחסים לעיתים קרובות למחלות המועברות במגע מיני. הסיכון לזיהום הינו מוגבר אם את או בן זוגך מקיימים יחסי מין עם מספר פרטנרים או אם סבלת בעבר ממחלה דלקתית של האגן.

חובה לטפל מיד בזיהומים באגן.

ההשלכות של זיהומים באגן כגון מחלה דלקתית של האגן עלולות להיות חמורות והם עלולים לפגוע בפוריות ולהעלות את הסיכון להריון חוץ רחמי בעתיד. במקרים נדירים מאוד, זיהום חמור או אלח דם (זיהום חמור, שעלול להיות מסכן חיים) עלול להתרחש זמן קצר לאחר ההתקנה.

חובה להסיר את ג'נס אם את סובלת ממחלה דלקתית חוזרת של האגן או אם הזיהום חמור או לא מגיב לטיפול.

פליטה של ההתקן

התכונות השרירים ברחם בזמן הווסת יכולות לעיתים לדחוף את ההתקן מחוץ למקומו או לגרום לפליטה שלו. סביר יותר שזה יתרחש אם את סובלת מעודף משקל בזמן הכנסת ההתקן או אם יש לך היסטוריה של דימומים כבדים. במידה שההתקן אינו במקומו, ייתכן והוא לא יעיל כמצופה ולכן, הסיכון להריון עולה. במידה שההתקן נפלט, אינך מוגנת עוד מפני הריון.

תסמינים אפשריים של פליטת ההתקן הם כאב ודימום חריג אך ייתכן וג'נס יצא מבלי שתבחיני בכך. היות שג'נס מפחית את הדימום הווסתי, עלייה בדימום הווסתי עשויה להעיד על פליטה של ההתקן.

מומלץ שתבדקי שהחוטם במקומם בעזרת האצבע שלך, לדוגמה במהלך המקלחת. ראי גם בסעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" בנוגע לאיך לבדוק האם ג'נס במקומו. אם יש לך סימנים המעידים על פליטת ההתקן או אם אינך חשה בחוטם, עליך להשתמש באמצעי מניעה אחר (כגון קונדומים) ולהתייעץ עם הרופא שלך.

התנקבות

חדירה או התנקבות של דופן הרחם עלולה להתרחש במהלך ההתקנה למרות שיתכן ולא תתגלה אלא רק לאחר זמן מה. אם ג'נס מתמקם מחוץ לחלל הרחם, הוא אינו יעיל במניעת הריון ויש להסיר אותו בהקדם האפשרי. יתכן ויהיה צורך בנייתו כדי להסיר את ההתקן. הסיכון להתנקבות מוגבר בקרב נשים שמניקות בעת ההתקנה, ובקרב נשים שהותקן להן ג'נס עד 36 שבועות לאחר לידה וכן עלול להיות מוגבר בנשים שהרחם שלהן מקובע ומוטה לאחור (רחם מקובע אחורית). אם את חושדת כי התרחשה התנקבות, גשי להתייעץ מיד עם רופא והזכירי לו כי יש לך התקן ג'נס, במיוחד אם הוא לא זה שביצע את ההתקנה.

ציסטה שחלתית

מאחר והיעילות של ג'נס במניעת הריון נובעת בעיקר מההשפעה המקומית של ברחם, הביזץ (השחרור של הביצית) ממשיך בדרך-כלל בזמן השימוש בג'נס. לעיתים, יכולה להתפתח ציסטה שחלתית. ברוב המקרים אין תסמינים. יתכן והופעה של ציסטה שחלתית תדרוש טיפול רפואי, או לעיתים רחוקות יותר ניתוח, אך לרוב הציסטה השחלתית נעלמת מעצמה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) איך לאחסן את התרופה?

- מנעי הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנעי הרעלה. אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על-גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמור בטמפרטורת החדר.
- אין לפתוח את המגשית (בליסטר). רק הרופא שלך יעשה זאת.

6) מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Polydimethylsiloxane elastomer, silica colloidal anhydrous, polyethylene, barium sulfate, iron oxide
black, silver
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?
ג'נס הוא התקן תוך רחמי בצורת האות T. הזרוע האנכית של גוף ה-T מכילה בתוכה מאגר של החומר הפעיל לבונורגסטל. שני חוטי הסרת ההתקן מחוברים לללאה בקצה התחתון של הזרוע האנכית. בנוסף, הזרוע האנכית מכילה טבעת כסף הממוקמת בקרבת הזרועות האופקיות, שניתנת לזיהוי באמצעות אולטרסאונד.
- ההתקן התוך רחמי ארוז בתוך מגשית (בליסטר), ומגיע בקופסה של התקן בודד .
- בעל הרישום וכתובתו: באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 4527702.
- שם היצרן וכתובתו: באייר Oy, טורקו, פינלנד
- נערך ביולי 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות
- מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 153-52-34106-00, 153-52-34106-01